


Princi di ventilazione meccanica



Origini della ventilazione meccanica

L'era della terapia intensiva è cominciata con la ventilazione a pressione positiva

- **Negative-pressure ventilators ("iron lungs")**

- Boston Children's Hospital nel 1928
- Uso massivo per epidemia di polio nel 1940 – 1950

- **Positive-pressure ventilators**

- Massachusetts General Hospital nel 1955
- Ora è il moderno standard di ventilazione



The iron lung created negative pressure in abdomen as well as the chest, decreasing cardiac output.



Iron lung polio ward at Rancho Los Amigos Hospital in 1953.

Rappresentazione schematica delle proprietà fisiche di un respiratore automatico.

Pg= pressione motrice


Ri= resistenze dell'apparecchio

Ci= compliance dell'apparecchio

Rp= resistenze polmonari

Cp= compliance polmonare


V= flusso di gas




Trigger inspiratorio

- Sensibilità
 - Talora impostata automaticamente
- Tempo di risposta
 - 2 modalità:

–Trigger a pressione
(sotto PEEP)



–Trigger a flusso



Pressure ventilation vs. volume ventilation


Ciclo a pressione eroga una pressione prestabilita a volume variabile(neonati)
Ciclo a volume eroga un volume prestabilito a pressione variabile (adulti)

- **Pressure-cycled modes**

- Pressure Support Ventilation (PSV)
- Pressure Control Ventilation (PCV)
- CPAP
- BiPAP

- **Volume-cycled modes**

- Control
- Assist
- Assist/Control
- Intermittent Mandatory Ventilation (IMV)
- Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)



Il ciclo a volume presenta il rischio del volotrauma

Pressure Support Ventilation (PSV)

Il Patiente decide RR, V_E

- **Parametri**


- Trigger
- Limite di pressione

- **Usi**

- **PSV da sola**

- Per pazienti in respiro spontaneo non estubabili
- Augmenta I volumi durante il respiro spontaneo

- **BiPAP (CPAP plus PS)**



PSV is most often used together with other volume-cycled modes.
PSV provides sufficient pressure to overcome the resistance of the ventilator tubing, and acts during inspiration only.

Pressure Control Ventilation (PCV)


Ventilator determines inspiratory time – no patient participation

- **Parametri**




- Trigger a tempo
- Limitato dalla pressione
- Rapporto I/E

- **Svantaggi**

- Richiede frequenti aggiustamenti per mantenere il V_E



PEEP



CPAP and BiPAP

CPAP è una PEEP costante; BiPAP è CPAP plus PS

- **Parametri**

- CPAP = PEEP set a 5-10 cm H₂O
- BiPAP = CPAP con Pressure Support (5-20 cm H₂O)

- **Indicazioni**

- Quando fallisce la terapia medica (tachypnea, hypoxemia, respiratory acidosis)
- Usata con broncodilatatori, steroidi, antibiotici per prevenire ritardare l'intubazione nel BPCO soprattutto
- Weaning protocols
- Obstructive Sleep Apnea

Assistita/Controlata

Il Ventilatore eroga un volume

- **modo controllato**


- Pt riceve un numero prefissato di atti e non può respirare
- Simile alla Pressione controllata

- **modo Assisto**

- Pt inizia tutti gli atti e il respiratore eroga un volume prefissato
- Pt controlla la frequenza, ma non respira

- **Assistita/Controllata**

- Se il paziente non respira il respiratore eroga ad un determinata frequenza



- **Rischio nel paziente tachipnoico di superinflazione (auto-PEEP)**

Come regolare l'ossigenazione

PEEP and FiO_2 vanno regolati in tandem

- **FIO_2**

- Manovra semplice per aumentare $\text{P}_{\text{a}}\text{O}_2$
- Tossicità a lungo termine >60%
 - Danno da radicali liberi

- **Inadeguata ossigenazione con 100% FiO_2 abitualmente dovuta a shunt**

- Collasso – Atelectasie
- Pus negli alveoli – Polmonite
- Acqua/proteine – ARDS
- Acqua – edema polmonare
- Sangue in emorragia

Come agisce la PEEP

- **PEEP**

- **Aumenta FRC**

- Previene e tratta atelectasie e lo shunt
- Previene repetitive aperture-chiusure (danno)



- **Recluta alveoli collassati and migliora V/Q**

- Resolve shunt
- Migliora compliance

- **Enables maintenance of adequate P_aO_2 at a safe FiO_2 level**

- **Svantaggi**

- Aumenta la pressione intratoracica (catetere arterioso)
- Rottura: Pneumotorace



Oxygen delivery (DO_2), not PaO_2 , should be used to assess optimal PEEP.

Nurse protocol

RR and T_V are adjusted to maintain V_E and P_aCO_2

- **Respiratory rate**

- Max RR at 35 breaths/min
- Efficiency of ventilation decreases with increasing RR
 - Decreased time for alveolar emptying

- **T_V**

- Goal of 10 ml/kg
- Risk of volutrauma

- **Other means to decrease P_aCO_2**

- Reduce muscular activity/seizures
- Minimizing exogenous carb load
- Controlling hypermetabolic states

- **Permissive hypercapnea**

- Preferable to dangerously high RR and T_V , as long as pH > 7.15

- **I:E ratio (IRV)**

- Increasing inspiration time will increase T_V , but may lead to auto-PEEP

- **PIP**

- Elevated PIP suggests need for switch from volume-cycled to pressure-cycled mode
- Maintained at <45cm H₂O to minimize barotrauma

- **Plateau pressures**

- Pressure measured at the end of inspiratory phase
- Maintained at <30-35cm H₂O to minimize barotrauma

Quando non basta più

- **I:E inverse ratio ventilation (IRV)**
 - Non vantaggi rispetto alla PEEP
- **Prone positioning**
 - Non vantaggi in termini di mortalità
- **ECHMO**
- **Airway Pressure Release (APR)**
- **High-Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV)**

Indicazioni per l' intubazione

- **Criteri**

- Clinical deterioration
- Tachipnea: RR >35
- Ipoossia: pO₂<60mm Hg
- Ipercapnia: pCO₂ > 55mm Hg
- Minute ventilation<10 L/min
- Tidal volume <5-10 ml/kg
- Segni di fatica respiratoria

- **Setting iniziale del ventilatore**

- FiO₂ = 50%
- PEEP = 5cm H₂O
- RR = 12 – 15 atti/min
- V_T = 10 – 12 ml/kg
 - COPD = 10 ml/kg (prevenire supeinflazione)
 - ARDS = 8 ml/kg (prevenire volutrauma)
 - Ipercapnia permissiva
- Pressure Support = 10cm H₂O


Indicazioni per estubazione

| Numerical Parameters | Normal Range | Weaning Threshold |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| P/F | > 400 | > 200 |
| Tidal volume | 5 - 7 ml/kg | 5 ml/kg |
| Respiratory rate | 14 - 18 breaths/min | < 40 breaths/min |
| Vital capacity | 65 - 75 ml/kg | 10 ml/kg |
| Minute volume | 5 - 7 L/min | < 10 L/min |

| Greater Predictive Value | Normal Range | Weaning Threshold |
|--|---------------|-------------------|
| NIF (Negative Inspiratory Force) | > - 90 cm H2O | > - 25 cm H2O |
| RSBI (Rapid Shallow Breathing Index) (RR/TV) | < 50 | < 100 |

Necessità di tracheostomia


Una prolungata intubazione può danneggiare le vie aeree e creare edema



1 - Vocal cords. 2 - Thyroid cartilage. 3 - Cricoid cartilage. 4 - Tracheal cartilage. 5 - Balloon cuff.

Ventilator management algorithm

Modified from Sena et al, **ACS Surgery: Principles and Practice** (2005).



VAQUET

Pressione Controllata

Inserimento
dati paziente

Nebulizzatore

Stato



18/11 22:57

Ppicco (cmH₂O)
15Pmedia (cmH₂O)
10
PEEP (cmH₂O)
4Freq. (resp./min)
25Conc. O₂ (%)
80MV_e (l/min)
7,8VTI (ml)
320VTe (ml)
329etCO₂ (mmHg)
42VCO₂ (ml/min)
209Vt CO₂ (ml)
9,8

Altre impostazioni

Conc. O₂
80
%PEEP
5
cmH₂OFrequenza
15
resp./minPC sopra PEEP
10
cmH₂O

Altri valori


Salva

Acc.
nebul.Access
fabbuc.Scher
principale

Modific




MAQUET



MAQUET



Ventilatori NIV - BiPAP



| Parametri | Synchrony | Vision | |
|----------------|-----------|----------|--------------------|
| IPAP | 4-30 | 2-40 | cmH ₂ O |
| EPAP | 4-30 | 2-20 | cmH ₂ O |
| CPAP | 4-20 | 2-20 | cmH ₂ O |
| FR | 4-30 | 4-40 | Atti/min |
| Ti | 0,5-3 | 0,5-3 | sec |
| IPAP rise time | 0,1-0,6 | 0,05-0,4 | sec |


Vivisol Helia



**Modalità di
ventilazione:**

PSV,
PCV, APCV, VAPS,
IPPB, ACV, CV

Vivisol éole 3 xls



CV, ACV,
IPPB, SIMV

NIV - Ventilazione Non Invasiva OSSIGENO

- **Ventilatori domiciliari sprovvisti di miscelatore o sorgente di O₂**
 - **Non è possibile erogare alte concentrazioni di O₂**
 - **L'O₂ può essere addizionato al circuito inspiratorio o a livello dell'interfaccia: F_iO₂ ?**
- **Alcuni ventilatori domiciliari sono dotati di analizzatori di FiO₂ che normalmente danno informazioni poco precise**
 - **Utilità del pulsossimetro**

Nursing

